

Data richiesta	ODM	Incaricato	Cod. Macchina	Macchina	Piano	Cod.Coll.	Collocazione	Descrizione Intervento Previsto	Freq.	Email Incaricato
02/01/2026 08:00	5595	DP MEDICAL	0672	INSUFFLATORE DI GAS (COLONNA STORZ)	Prova Funzionale	DEP_BLOCCHINO	Deposito	Prova Funzionale + verifica elettrica di sicurezza	12	info@dpmedical.it
02/01/2026 08:00	5601	DP MEDICAL	8007	INSUFFLATORE DI GAS	Prova Funzionale	DEP_BLOCCHINO	Deposito	Prova Funzionale + verifiche elettriche di sicurezza	12	info@dpmedical.it
05/01/2026 08:00	5971	GP CARE di PIOVELLA GIO	0362	LASER CHIRURGICO OCULISTICO	Manutenzione Ordinaria	AMB_4	Ambulatorio 4	Manutenzione Ordinaria	12	azienda@gpcare.it
05/01/2026 08:00	5829	STERIS	0426	TERMOSALDATRICE	Convalida	STE_BLOCCO	Sterilizzazione	Convalida apparecchiatura	12	teresa.saccogna@steris.com
05/01/2026 08:00	5830	STERIS	0452	TERMOSALDATRICE	Convalida	STE_BLOCCHINO	Sterilizzazione	Convalida apparecchiatura	12	teresa.saccogna@steris.com
05/01/2026 08:00	5831	STERIS	0568	VASCA ULTRASUONI BRANSONIC	Convalida	STE_BLOCCHINO	Sterilizzazione	Convalida apparecchiatura	12	teresa.saccogna@steris.com
05/01/2026 08:00	5837	STERIS	0767	VASCA ULTRASUONI BANDELIN	Convalida	STE_BLOCCO	Sterilizzazione	Convalida apparecchiatura	12	teresa.saccogna@steris.com
05/01/2026 08:00	5839	STERIS	8034	TERMOSALDATRICE	Convalida	STE_BLOCCO	Sterilizzazione	Convalida apparecchiatura	12	teresa.saccogna@steris.com
05/01/2026 08:00	5928	TEKFIRE	ATTREZ. ANTINCENDIO 1	ESTINTORI - IDRANTI - CASSETTE DPI	Estintori - Idranti - Cassette DPI			Controllo semestrale estintori - idranti - Cassette DPI	6	info@tekfire.eu
06/01/2026 08:00	5664	GETINGE	OSMOSI	IMPIANTO A OSMOSI INVERSA PER PRODUZIONE ACQUA POTABILE	Verifica liquido disincrostante - pressione scarica	ANDR_3° B	Androne 3° piano B	Verifica liquido disincrostante - pressione scarica	12	assistenza.technica.italia@getinge.com
12/01/2026 08:00	5602	DP MEDICAL	8009	VITRECTOMO FACOEMULSIFICATORE	Manutenzione Ordinaria	DEP_BLOCCHINO	Deposito	Manutenzione Ordinaria	12	info@dpmedical.it
12/01/2026 08:00	5608	ZEISS	9244	VITRECTOMO FACOEMULSIFICATORE	Manutenzione Ordinaria	DEP_BLOCCO	Deposito	Manutenzione Ordinaria	12	sclavini@dpmedical.it
15/01/2026 08:00	7255	UFFICIO TECNICO	0838	DEFIBRILLATORE/MONITOR	Registro prove funzionali + scontrini	AMB_11	Ambulatorio 11 Dott. Antonielli	Registro prove funzionali + scontrini	12	uff.tecnico@ccbra.it
15/01/2026 08:00	5873	DE.DI.S	DE.DI.S	DERATTIZZAZIONE	Derattizzazione			Derattizzazione e disinfezioni igienico sanitarie	45	dedis.de@tiscali.it
15/01/2026 08:00	5939	SIEMENS	DESIGO	IMPIANTO DI SUPERVISIONE	Manutenzione straordinaria			Manutenzione straordinaria	6	
15/01/2026 08:00	6151	UFFICIO TECNICO	POMPE ANTINCENDIO	POMPE ANTINCENDIO	Prova Funzionale			Prova Funzionale	1	uff.tecnico@ccbra.it
19/01/2026 08:00	7208	TEKFIRE	POMPE ANTINCENDIO	POMPE ANTINCENDIO	Verifica periodica pompe antincendio			Verifica periodica pompe antincendio	3	info@tekfire.eu
26/01/2026 08:00	7257	UFFICIO TECNICO	GEMAP	MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI	Prova a vuoto	LT_GRELETTR	Locale Gruppo Elettrogeno Riva Tecnica	Prova a vuoto	30	uff.tecnico@ccbra.it
26/01/2026 08:00	7189	RENTOKIL	RENTOKIL	DISINFESTAZIONE CONTRO MOSCHE E INSETTI VOLANTI	Disinfestazione			Disinfestazione contro mosche e insetti volanti	45	massimo.puddinu@rentokil-initial.com
01/02/2026 11:51	6800	ELETTRONICA BRIANZA	UPS ASTRID	GRUPPO DI CONTINUITA' CLINICA		LT_UPSRIVA	Locale UPS Degenze Riva tecnica			info@elettronica-brianza.eu
02/02/2026 08:00	7249	MOVI	0816	ECOGRAFO MINDRAY TE9	Manutenzione Ordinaria	AR_BLOCCO	Area Risveglio Blocco	Manutenzione Ordinaria	12	riccardo.ferraretto@movigroup.com
02/02/2026 08:00	6837	UFFICIO TECNICO	0831	FRIGOEMOTEC	Pulizia ordinaria	INF_3B	Infermeria 3B	Pulizia ordinaria	6	uff.tecnico@ccbra.it
13/02/2026 08:00	7028	GETINGE	0762	LAVASTRUMENTI N. 2	Manutenzione Ordinaria	STE_BLOCCO	Sterilizzazione	Manutenzione Ordinaria	6	assistenza.technica.italia@getinge.com
13/02/2026 08:00	7030	GETINGE	0763	LAVASTRUMENTI N. 3	Manutenzione Ordinaria	STE_BLOCCO	Sterilizzazione	Manutenzione Ordinaria	6	assistenza.technica.italia@getinge.com
13/02/2026 08:00	7032	GETINGE	0764	AUTOCLAVE N. 1	Manutenzione Ordinaria	STE_BLOCCO	Sterilizzazione	Manutenzione Ordinaria	6	assistenza.technica.italia@getinge.com
13/02/2026 08:00	7034	GETINGE	0765	AUTOCLAVE N. 2	Manutenzione Ordinaria	STE_BLOCCO	Sterilizzazione	Manutenzione Ordinaria	6	assistenza.technica.italia@getinge.com
13/02/2026 08:00	7036	GETINGE	0766	AUTOCLAVE N. 3	Manutenzione Ordinaria	STE_BLOCCO	Sterilizzazione	Manutenzione Ordinaria	6	assistenza.technica.italia@getinge.com
16/02/2026 08:00	6732	ECENTIAL ROBOTICS	0874	ARCO A C (ex 9096)	Manutenzione Ordinaria	SO_BLOCCO	Reparto Sala Operatoria Blocco	Manutenzione Ordinaria	3	service@ecential-robotics.com
16/02/2026 08:00	7159	SAVEC	ATTREZ.ANTINC.	PORTE ANTINCENDIO & USCITE SICUREZZA	Attrezzature Antincendio			Controllo Uscite Sicurezza, Porte Tagliafuoco, Pompe	6	savec@savec.it
16/02/2026 08:00	7272	UFFICIO TECNICO	POMPE ANTINCENDIO	POMPE ANTINCENDIO	Prova Funzionale			Prova Funzionale	1	uff.tecnico@ccbra.it
16/02/2026 08:00	7061	PHILIPS	RM	INGENIA 3.0T	Manutenzione Ordinaria	RM	Risonanza Magnetica	Manutenzione Ordinaria	6	assistentatecnicaahc@philips.com
16/02/2026 08:00	7298	UFFICIO TECNICO	UTA 1 SALE OP. BLOCCO	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA SALE OPERATORIE BLOCCO	Sostituzione filtri rigidi UTA	5° PIANO SOPPALCO FERRO	5° piano soppalco ferro	Sostituzione filtri rigidi UTA	12	uff.tecnico@ccbra.it
16/02/2026 08:00	7305	UFFICIO TECNICO	UTA 1° e 2° PIANO DEGENZE	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA 1° e 2° PIANO DEGENZE	Sostituzione filtri rigidi UTA	SOPRA CT	Sopra Centrale Termica	Sostituzione filtri rigidi UTA	12	uff.tecnico@ccbra.it
16/02/2026 08:00	7312	UFFICIO TECNICO	UTA 3° B DEGENZE	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA 3° PIANO B DEGENZE	Sostituzione filtri rigidi UTA	ANDR_3° B	Androne 3° piano B	Sostituzione filtri rigidi UTA	12	uff.tecnico@ccbra.it
16/02/2026 08:00	7319	UFFICIO TECNICO	UTA 3° e 4° PIANO DEGENZE	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA 3° e 4° PIANO DEGENZE	Sostituzione filtri rigidi UTA	SOPRA CT	Sopra Centrale Termica	Sostituzione filtri rigidi UTA	12	uff.tecnico@ccbra.it
16/02/2026 08:00	7326	UFFICIO TECNICO	UTA CUCINA	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA CUCINA	Sostituzione filtri rigidi UTA	VIC_CAM_MOR	Vicino Camera Mortuaria	Sostituzione filtri rigidi UTA	12	uff.tecnico@ccbra.it
16/02/2026 08:00	7333	UFFICIO TECNICO	UTA DIAGNOSTICA TRADIZ.	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA DIAGNOSTICA TRADIZ.	Sostituzione filtri rigidi UTA	VIC_CAM_MOR	Vicino Camera Mortuaria	Sostituzione filtri rigidi UTA	12	uff.tecnico@ccbra.it
16/02/2026 08:00	7340	UFFICIO TECNICO	UTA LABORATORIO ANALISI	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA LABORATORIO ANALISI	Sostituzione filtri rigidi UTA	SOPRA CT	Sopra Centrale Termica	Sostituzione filtri rigidi UTA	12	uff.tecnico@ccbra.it
16/02/2026 08:00	7347	UFFICIO TECNICO	UTA MANDATA ACCET. FARM.	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA MANDATA ACCETTAZIONE	Sostituzione filtri rigidi UTA	CORR_TECN	Corridoio Tecnico Piano interrato	Sostituzione filtri rigidi UTA	12	uff.tecnico@ccbra.it
16/02/2026 08:00	7354	UFFICIO TECNICO	UTA MANDATA AMB e PT	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AMBULATORI e PIANI	Sostituzione filtri rigidi UTA	CORR_TECN	Corridoio Tecnico Piano interrato	Sostituzione filtri rigidi UTA	12	uff.tecnico@ccbra.it
16/02/2026 08:00	7361	UFFICIO TECNICO	UTA RIP.AMB.PT e ACC. FAR	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA RIPRESA AMBULATORI	Sostituzione filtri rigidi UTA	SOP_TETTO PIANO	Sopra Tetto Piano	Sostituzione filtri rigidi UTA	12	uff.tecnico@ccbra.it
16/02/2026 08:00	7368	UFFICIO TECNICO	UTA RM	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA RM	Sostituzione filtri rigidi UTA	VIC_CAM_MOR	Vicino Camera Mortuaria	Sostituzione filtri rigidi UTA	12	uff.tecnico@ccbra.it
16/02/2026 08:00	7375	UFFICIO TECNICO	UTA SALA OPERATORIA E	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA SALA "E"	Sostituzione filtri rigidi UTA	5° PIANO SOPPALCO FERRO	5° piano soppalco ferro	Sostituzione filtri rigidi UTA	12	uff.tecnico@ccbra.it
16/02/2026 08:00	7382	UFFICIO TECNICO	UTA SALE OP. BLOCCHINO	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA SALE OPERATORIE BLOCCO	Sostituzione filtri rigidi UTA	LT_UTA5P	Locale Tecnico UTA 5° Piano	Sostituzione filtri rigidi UTA	12	uff.tecnico@ccbra.it
16/02/2026 08:00	7389	UFFICIO TECNICO	UTA TAC_ANGIO	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA TAC_ANGIO	Sostituzione filtri rigidi UTA	VIC_CAM_MOR	Vicino Camera Mortuaria	Sostituzione filtri rigidi UTA	12	uff.tecnico@ccbra.it
16/02/2026 08:00	7396	UFFICIO TECNICO	UTA TIPO	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA TERAPIA INTENSIVA P	Sostituzione filtri piani UTA	SOPRA CT	Sopra Centrale Termica	Sostituzione filtri piani UTA	2	uff.tecnico@ccbra.it
20/02/2026 08:00	7247	MEDILABOR	SALA E	SALA OPERATORIA BLOCCO	Verifica ambientale	4P	Piano Quarto	Verifica ambientale	6	debor.rovicone@medilabor.com
23/02/2026 08:00	7258	UFFICIO TECNICO	GEMAP	MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI	Prova a vuoto	LT_GRELETTR	Locale Gruppo Elettrogeno Riva Tecnica	Prova a vuoto	30	uff.tecnico@ccbra.it
02/03/2026 08:00	7144	DE.DI.S	DE.DI.S	DERATTIZZAZIONE	Derattizzazione			Derattizzazione e disinfezioni igienico sanitarie	45	dedis.de@tiscali.it
02/03/2026 08:00	7286	UFFICIO TECNICO	SALA ANGIO	SALA ANGIOGRAFICA	Misuraz. pressione differenziali filtri	4P	Piano Quarto	Misuraz. pressione differenziali filtri assoluti	6	uff.tecnico@ccbra.it
02/03/2026 08:00	7290	UFFICIO TECNICO	SALE OPERATORIE	SALE OPERATORIE	Misuraz. pressione differenziale filtri	4P	Piano Quarto	Misuraz. pressione differenziale filtri assoluti	6	uff.tecnico@ccbra.it
09/03/2026 08:00	7010	DP MEDICAL	0751	IMPEDENZOMETRO	Prova Funzionale	AMB_4	Ambulatorio 4	Prova Funzionale	12	info@dpmedical.it
09/03/2026 08:00	7056	PHILIPS	8003	BRILLANZA BV PULSERA	Manutenzione Ordinaria	LC_BLOCCO	Lavaggio Chirurgici	Manutenzione Ordinaria	12	assistentatecnicaahc@philips.com
10/03/2026 08:00	7048	PHILIPS	0665	ECOGRAFO EPIQ 7	Manutenzione Ordinaria	AMB_11	Ambulatorio 11 Dott. Antonielli	Manutenzione Ordinaria	12	assistentatecnicaahc@philips.com
10/03/2026 08:00	7063	PHILIPS	RM	INGENIA 3.0T	Verifica sensore ossigeno	RM	Risonanza Magnetica	Verifica sensore ossigeno	6	assistentatecnicaahc@philips.com
12/03/2026 08:00	7190	RENTOKIL	RENTOKIL	DISINFESTAZIONE CONTRO MOSCHE E INSETTI VOLANTI	Disinfestazione			Disinfestazione contro mosche e insetti volanti	45	massimo.puddinu@rentokil-initial.com
16/03/2026 08:00	7046	PHILIPS	0455	ECOGRAFO HD11 ULTRASOUND SYSTEM	Manutenzione Ordinaria	AMB_12	Ambulatorio 12	Manutenzione Ordinaria	12	assistentatecnicaahc@philips.com
16/03/2026 08:00	7077	GUERBET	0708	INIEZIONE PER RISONANZA MAGNETICA	Manutenzione Ordinaria	RM	Risonanza Magnetica	Manutenzione Ordinaria	12	stefano.fortunato@guerbet.com
16/03/2026 08:00	7212	SIEMENS	DESIGO	IMPIANTO DI SUPERVISIONE	Manutenzione Ordinaria			Manutenzione Ordinaria	3	
16/03/2026 08:00	7127	SERVICE ASTECO	FRIGO 1	FRIGO DAIKIN EWYQ490F-XR	Manutenzione Ordinaria	LT_GRUPPIFR	Riva tecnica Gruppi Frigo	Manutenzione Ordinaria	6	asteco@serviceastecorsl.com
16/03/2026 08:00	7129	SERVICE ASTECO	FRIGO 2	FRIGO DAIKIN EWYQ490F-XR021	Manutenzione Ordinaria	LT_GRUPPIFR	Riva tecnica Gruppi Frigo	Manutenzione Ordinaria	6	asteco@serviceastecorsl.com
16/03/2026 08:00	7131	SERVICE ASTECO	FRIGO 3	FRIGO DAIKIN EWAD500AJYNNV-UA/A	Manutenzione Ordinaria	LT_GRUPPIFR	Riva tecnica Gruppi Frigo	Manutenzione Ordinaria	6	asteco@serviceastecorsl.com
16/03/2026 08:00	7133	SERVICE ASTECO	FRIGO 5	MTSUBISHI NEXT EVO DX O 011 P1 E1	Manutenzione Ordinaria	RM	Risonanza Magnetica	Manutenzione Ordinaria	6	asteco@serviceastecorsl.com
16/03/2026 08:00	7273	UFFICIO TECNICO	POMPE ANTINCENDIO	POMPE ANTINCENDIO	Prova Funzionale			Prova Funzionale	1	uff.tecnico@ccbra.it
20/03/2026 08:00	7011	DP MEDICAL	0823	LASER OLMIO P120 H MOSES 2.0 (URO)	Manutenzione Ordinaria	SO_BLOCCHINO	Reparto Sala Operatoria Bloccino	Manutenzione Ordinaria	12	info@dpmedical.it
25/03/2026 08:00	7259	UFFICIO TECNICO	GEMAP	MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI	Prova a vuoto	LT_GRELETTR	Locale Gruppo Elettrogeno Riva Tecnica	Prova a vuoto	30	uff.tecnico@ccbra.it
27/03/2026 08:00	7047	PHILIPS	0492	ECOGRAFO IE33	Manutenzione Ordinaria	AMB_13	Ambulatorio 13	Manutenzione Ordinaria	12	assistentatecnicaahc@philips.com
28/03/2026 08:00	3750	NORMATEMPO	0765	AUTOCLAVE N. 2	Verifica periodica AUTOCLAVI	STE_BLOCCO	Sterilizzazione	Verifica periodica AUTOCLAVI	36	info@normatempo.org
28/03/2026 08:00	3752	NORMATEMPO	0766	AUTOCLAVE N. 3	Verifica periodica AUTOCLAVI	STE_BLOCCO	Sterilizzazione	Verifica periodica AUTOCLAVI	36	info@normatempo.org
28/03/2026 09:01	6313	NORMATEMPO	0764	AUTOCLAVE N. 1	Verifica periodica AUTOCLAVI	STE_BLOCCO	Sterilizzazione	Verifica periodica AUTOCLAVI	36	info@normatempo.org
01/04/2026 08:00	7053	PHILIPS	0757	INTELLISPACE PORTAL SOLUTIONS 881001	Manutenzione Ordinaria	RM	Risonanza Magnetica	Manutenzione Ordinaria	12	assistentatecnicaahc@philips.com
01/04/2026 08:00	7238	MEDILABOR	IMPIANTO FOGNA	IMPIANTO FOGNA	Verifica acque di scarico in fognatura			Verifica acque di scarico in fognatura	4	debor.rovicone@medilabor.com
01/04/2026 08:00	7252	TECNOMEDICA	RX GMM	OPERA T90 SHARP EVOLUTION	Manutenzione Ordinaria	RX	Radiologia	Manutenzione Ordinaria	6	tecnomedica.cuneo@gmail.com

Data richiesta	ODM	Incaricato	Cod. Macchina	Macchina	Piano	Cod.Coll.	Collocazione	Descrizione Intervento Previsto	Freq.	Email Incaricato
06/04/2026 08:00	6880	ZEISS	0300	MICROSCOPIO OPMI VARIO S 88 (ORL)	Manutenzione Ordinaria	ORL	Otorino	Manutenzione Ordinaria	12	sclavini@dpmedical.it
06/04/2026 08:00	6886	ZEISS	0379	MICROSCOPIO OPERATORIO OPMI VISU 200 (OCU)	Manutenzione Ordinaria	OCU	Oculistica	Manutenzione Ordinaria	12	sclavini@dpmedical.it
06/04/2026 08:00	6882	ZEISS	0712	CAMPO VISIVO	Manutenzione Ordinaria	AMB_4	Ambulatorio 4	Manutenzione Ordinaria + verifiche elettriche d	12	sclavini@dpmedical.it
06/04/2026 08:00	6884	ZEISS	0713	OCT	Manutenzione Ordinaria	AMB_4	Ambulatorio 4	Manutenzione Ordinaria + verifiche di sicurezza	12	sclavini@dpmedical.it
06/04/2026 08:00	6887	ZEISS	8004	MICROSCOPIO OPERATORIO VARIO 700 (NEURO)	Manutenzione Ordinaria	NEURO	Neurologia	Manutenzione Ordinaria	12	sclavini@dpmedical.it
06/04/2026 08:00	7078	OTIS	ASC1	ASCENSORE AA05601 (7S005601)	Manutenzione Ordinaria			Manutenzione Ordinaria	6	gariglianog@otiselevator.com
06/04/2026 08:00	7080	OTIS	ASC2	ASCENSORE AA05600 (7S005600)	Manutenzione Ordinaria			Manutenzione Ordinaria	6	gariglianog@otiselevator.com
06/04/2026 08:00	7082	OTIS	ASC3	ASCENSORE AA04986 (7S004986)	Manutenzione Ordinaria			Manutenzione Ordinaria	6	gariglianog@otiselevator.com
06/04/2026 08:00	7084	OTIS	ASC4	ASCENSORE AA04987 (7S004987)	Manutenzione Ordinaria			Manutenzione Ordinaria	6	gariglianog@otiselevator.com
10/04/2026 08:00	7154	CAVALETTO SANITA'	GAS-MEDICALI	ANALISI GAS-MEDICINALE	Analisi Gas-Medicinale			Analisi gas medicinale - Quality Gas	4	cavaletto@pec.cavalettosanita.it
13/04/2026 08:00	6865	MISTRAL IMPIANTI	GEMAP	MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI	Prova a carico	LT_GRELETTR	Locale Gruppo Elettrogeno Riva Tecnica	Prova a carico e misurazione livello gasolio	4	info@mistralimpianti.it
15/04/2026 08:00	6342	GETINGE	0814	LAVAFERRI AQUADIS	Manutenzione Ordinaria	STE_BLOCCO	Sterilizzazione	Manutenzione Ordinaria	6	assistenza.tecnica.italia@getinge.com
15/04/2026 08:00	7152	CAVALETTO SANITA'	CENTRALINA OSSIGENO E CO2	CO2	Manutenzione Ordinaria			Manutenzione Ordinaria	6	cavaletto@pec.cavalettosanita.it
15/04/2026 08:00	7145	DE.DI.S	DE.DI.S	DERATTIZZAZIONE	Derattizzazione			Derattizzazione e disinfestazioni igienico sanitar	45	dedis.de@tiscali.it
15/04/2026 08:00	7157	GEMAP 2	GEMAP	MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI	Manutenzione Ordinaria	LT_GRELETTR	Locale Gruppo Elettrogeno Riva Tecnica	Manutenzione Ordinaria	6	aimaru@gemap2.com
15/04/2026 08:00	7269	UFFICIO TECNICO	GEMAP	MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI	Prova a carico	LT_GRELETTR	Locale Gruppo Elettrogeno Riva Tecnica	Prova a carico e misurazione livello gasolio	4	uff.tecnico@ccbra.it
15/04/2026 08:00	7274	UFFICIO TECNICO	POMPE ANTINCENDIO	POMPE ANTINCENDIO	Prova Funzionale			Prova Funzionale	1	uff.tecnico@ccbra.it
15/04/2026 08:00	7293	UFFICIO TECNICO	UTA 1 SALE OP. BLOCCO	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA SALE OPERATORIE BL	Sostituzione filtri piani UTA	5° PIANO SOPPALCO FERRO	5° piano soppalco ferro	Sostituzione filtri piani UTA	2	uff.tecnico@ccbra.it
15/04/2026 08:00	7300	UFFICIO TECNICO	UTA 1° e 2° PIANO DEGENZE	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA 1° e 2° PIANO DEGENZ	Sostituzione filtri piani UTA	SOPRA CT	Sopra Centrale Termica	Sostituzione filtri piani UTA	2	uff.tecnico@ccbra.it
15/04/2026 08:00	7307	UFFICIO TECNICO	UTA 3° B DEGENZE	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA 3° PIANO B DEGENZE	Sostituzione filtri piani UTA	ANDR_3° B	Androne 3° piano B	Sostituzione filtri piani UTA	2	uff.tecnico@ccbra.it
15/04/2026 08:00	7314	UFFICIO TECNICO	UTA 3° e 4° PIANO DEGENZE	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA 3° e 4° PIANO DEGENZ	Sostituzione filtri piani UTA	SOPRA CT	Sopra Centrale Termica	Sostituzione filtri piani UTA	2	uff.tecnico@ccbra.it
15/04/2026 08:00	7321	UFFICIO TECNICO	UTA CUCINA	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA CUCINA	Sostituzione filtri piani UTA	VIC_CAM_MOR	Vicino Camera Mortuaria	Sostituzione filtri piani UTA	2	uff.tecnico@ccbra.it
15/04/2026 08:00	7328	UFFICIO TECNICO	UTA DIAGNOSTICA TRADIZ.	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA DIAGNOSTICA TRADIZ	Sostituzione filtri piani UTA	VIC_CAM_MOR	Vicino Camera Mortuaria	Sostituzione filtri piani UTA	2	uff.tecnico@ccbra.it
15/04/2026 08:00	7335	UFFICIO TECNICO	UTA LABORATORIO ANALISI	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA LABORATORIO ANALISI	Sostituzione filtri piani UTA	SOPRA CT	Sopra Centrale Termica	Sostituzione filtri piani UTA	2	uff.tecnico@ccbra.it
15/04/2026 08:00	7342	UFFICIO TECNICO	UTA MANDATA ACCET. FARM.	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA MANDATA ACCETTAZI	Sostituzione filtri piani UTA	CORR_TECN	Corridoio Tecnico Piano interrato	Sostituzione filtri piani UTA	2	uff.tecnico@ccbra.it
15/04/2026 08:00	7349	UFFICIO TECNICO	UTA MANDATA AMB e PT	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AMBULATORI e PIANC	Sostituzione filtri piani UTA	CORR_TECN	Corridoio Tecnico Piano interrato	Sostituzione filtri piani UTA	2	uff.tecnico@ccbra.it
15/04/2026 08:00	7356	UFFICIO TECNICO	UTA RIP.AMB.PT e ACC. FAR	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA RIPRESA AMBULATOR	Sostituzione filtri piani UTA	SOP_TETTO PIANO	Sopra Tetto Piano	Sostituzione filtri piani UTA	2	uff.tecnico@ccbra.it
15/04/2026 08:00	7363	UFFICIO TECNICO	UTA RM	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA RM	Sostituzione filtri piani UTA	VIC_CAM_MOR	Vicino Camera Mortuaria	Sostituzione filtri piani UTA	2	uff.tecnico@ccbra.it
15/04/2026 08:00	7370	UFFICIO TECNICO	UTA SALA OPERATORIA E	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA SALA "E"	Sostituzione filtri piani UTA	5° PIANO SOPPALCO FERRO	5° piano soppalco ferro	Sostituzione filtri piani UTA	2	uff.tecnico@ccbra.it
15/04/2026 08:00	7377	UFFICIO TECNICO	UTA SALE OP. BLOCCHINO	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA SALE OPERATORIE BL	Sostituzione filtri piani UTA	LT_UTA5P	Locale Tecnico UTA 5° Piano	Sostituzione filtri piani UTA	2	uff.tecnico@ccbra.it
15/04/2026 08:00	7384	UFFICIO TECNICO	UTA TAC_ANGIO	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA TAC_ANGIO	Sostituzione filtri piani UTA	VIC_CAM_MOR	Vicino Camera Mortuaria	Sostituzione filtri piani UTA	2	uff.tecnico@ccbra.it
15/04/2026 08:00	7397	UFFICIO TECNICO	UTA TIPO	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA TERAPIA INTENSIVA P	Sostituzione filtri piani UTA	SOPRA CT	Sopra Centrale Termica	Sostituzione filtri piani UTA	2	uff.tecnico@ccbra.it
15/04/2026 08:00	7405	UFFICIO TECNICO	VENTILCONVETTORI	VENTILCONVETTORI	Pulizia Ventilconvettori			Pulizia Ventilconvettori	12	uff.tecnico@ccbra.it
20/04/2026 08:00	6967	S.O.E.M. MEDICAL	0302	VENTILATORE POLMONARE OSIRIS	Manutenzione Ordinaria	STCAP_3B	Studio Caposala	Manutenzione Ordinaria	12	info@soemmedical.it
20/04/2026 08:00	6973	S.O.E.M. MEDICAL	0418	DEFIBRILLATORE	Manutenzione Ordinaria	AR_BLOCCHINO	Area Risveglio Bloccchino	Manutenzione Ordinaria secondo CKL.	12	info@soemmedical.it
20/04/2026 08:00	6974	S.O.E.M. MEDICAL	0436	DEFIBRILLATORE	Manutenzione Ordinaria	AR_BLOCCO	Area Risveglio Blocco	Manutenzione Ordinaria secondo CKL.	12	info@soemmedical.it
20/04/2026 08:00	6984	S.O.E.M. MEDICAL	0705	LAVAZOCCOLI STEEL CO	Manutenzione Ordinaria	LL_BLOCCO	Locale Lavaggio	Manutenzione Ordinaria	6	info@soemmedical.it
20/04/2026 08:00	7058	PHILIPS	ANGIO	ANGIOGRAFO AZURION 7 M20	Manutenzione Ordinaria	ANGIO	Angiografia	Manutenzione Ordinaria	4	assistentatecnicahc@philips.com
20/04/2026 08:00	7204	SINECURA	LINEA VITA - SINECURA	DISPOSITIVI ANTICADUTA CLINICA	Manutenzione linea vita	TETTO	Tetto	Manutenzione linea vita	12	ingegneria@sinecuraengineering.it
20/04/2026 08:00	7205	SINECURA	LINEA VITA - SINECURA 1	DISPOSITIVI ANTICADUTA SOPPALCO	Manutenzione linea vita	TETTO	Tetto	Manutenzione linea vita	12	ingegneria@sinecuraengineering.it
20/04/2026 08:00	7209	TEKFIRE	POMPE ANTINCENDIO	POMPE ANTINCENDIO	Verifica periodica pompe antince			Verifica periodica pompe antincendio	3	info@tekfire.eu
20/04/2026 08:00	7202	ELETTRONICA BRIANZA	UPS ASTRID	GRUPPO DI CONTINUITA' CLINICA	Manutenzione Ordinaria	LT_UPSRIVA	Locale UPS Degenze Riva tecnica	Manutenzione Ordinaria	6	info@elettronica-brianza.eu
24/04/2026 08:00	7260	UFFICIO TECNICO	GEMAP	MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI	Prova a vuoto	LT_GRELETTR	Locale Gruppo Elettrogeno Riva Tecnica	Prova a vuoto	30	uff.tecnico@ccbra.it
27/04/2026 08:00	7191	RENTOKIL	RENTOKIL	DISINFESTAZIONE CONTRO MOSCHE E INSETTI VOLAN	Disinfestazione			Disinfestazione contro mosche e insetti volanti	45	massimo.puddinu@rentokil-initial.com
01/05/2026 08:00	7231	SUNRISE	0737	CONSOLLE DI POTENZA CHIRURGICA	Manutenzione ordinaria + verific	DEP_BLOCCHINO	Deposito	Manutenzione ordinaria + verifiche di sicurezza	12	ordinibra@sunrisesrl.net
01/05/2026 08:00	7232	SUNRISE	0748	CONSOLLE ELETTRICA INTEGRATA PER NEUROCHIRUR	Manutenzione ordinaria + verific	SOC_BLOCCO	Sala Operatoria C	Manutenzione ordinaria + verifiche di sicurezza	12	ordinibra@sunrisesrl.net
04/05/2026 08:00	7105	DOCTOR SHOP	0438	ELETTROCARDIOGRAFO CARDIOLINE	Manutenzione Ordinaria	SO_BLOCCO	Reparto Sala Operatoria Blocco	Manutenzione Ordinaria	12	m.strada@doctorshop.it
04/05/2026 08:00	7106	DOCTOR SHOP	0544	ELETTROCARDIOGRAFO FUKUDA CARDIMAX	Manutenzione Ordinaria	AMB_11	Ambulatorio 11 Dott. Antonielli	Manutenzione Ordinaria	12	m.strada@doctorshop.it
04/05/2026 08:00	7107	DOCTOR SHOP	0554	ELETTROCARDIOGRAFO CARDIOLINE	Manutenzione Ordinaria	INF_1P	Infermeria 1P	Manutenzione Ordinaria	12	m.strada@doctorshop.it
04/05/2026 08:00	7108	DOCTOR SHOP	0641	ELETTROCARDIOGRAFO CARDIOLINE	Manutenzione Ordinaria	INF_2P	Infermeria 2P	Manutenzione Ordinaria	12	m.strada@doctorshop.it
04/05/2026 08:00	7109	DOCTOR SHOP	0658	ELETTROCARDIOGRAFO CARDIOLINE A4	Manutenzione Ordinaria	AMB_14	Ambulatorio 14 PTERRA	Manutenzione Ordinaria	12	m.strada@doctorshop.it
04/05/2026 08:00	7110	DOCTOR SHOP	0677	ELETTROCARDIOGRAFO FUKUDA CARDIMAX	Manutenzione Ordinaria	AMB_14	Ambulatorio 14 PTERRA	Manutenzione Ordinaria	12	m.strada@doctorshop.it
04/05/2026 08:00	7111	DOCTOR SHOP	0810	ELETTROCARDIOGRAFO GIMA	Manutenzione Ordinaria	AMB_PTERRA	Ambulatori	Manutenzione Ordinaria	12	m.strada@doctorshop.it
04/05/2026 08:00	7112	DOCTOR SHOP	0826	ELETTROCARDIOGRAFO FUKUDA DENSHI	Manutenzione Ordinaria	AMB_3	Ambulatorio 3 PTERRA	Manutenzione Ordinaria	12	m.strada@doctorshop.it
05/05/2026 08:00	7198	3B	0806	STAMPANTE CARESTREAM K5809-7663	Manutenzione Ordinaria	RX	Radiologia	Manutenzione Ordinaria	6	info@3bsrl.it
05/05/2026 08:00	7096	S.V.A.M. ASCENSORI	ASC5	ASCENSORE 2125 (10505)	Manutenzione Ordinaria			Manutenzione Ordinaria	6	marco.avalle@svam.it
05/05/2026 08:00	7098	S.V.A.M. ASCENSORI	ASC6	ASCENSORE 486/01 (10232)	Manutenzione Ordinaria			Manutenzione Ordinaria	6	marco.avalle@svam.it
06/05/2026 08:00	7116	DOCTOR SHOP	0844	ELETTROCARDIOGRAFO FUKUDA DENSHI	Manutenzione Ordinaria	INF_3B	Infermeria 3B	Manutenzione Ordinaria	12	m.strada@doctorshop.it
06/05/2026 08:00	7115	DOCTOR SHOP	0845	ELETTROCARDIOGRAFO FUKUDA DENSHI	Manutenzione Ordinaria	AMB_PTERRA	Ambulatori	Manutenzione Ordinaria	12	m.strada@doctorshop.it
06/05/2026 08:00	7114	VERIS Medical System	0873	ELETTROCARDIOGRAFO FUKUDA DENSHI	Manutenzione Ordinaria	UFF_TEC	Ufficio Tecnico	Manutenzione Ordinaria	12	assistenza@veris.it
06/05/2026 08:00	7100	S.V.A.M. ASCENSORI	ASC7	ASCENSORE 558/06 (10506)	Manutenzione Ordinaria			Manutenzione Ordinaria	6	marco.avalle@svam.it
06/05/2026 08:00	7102	S.V.A.M. ASCENSORI	ASC8	ASCENSORE 559/06 (10507)	Manutenzione Ordinaria			Manutenzione Ordinaria	6	marco.avalle@svam.it
06/05/2026 08:00	7066	PHILIPS	RX	OMNIDIAGNOST ELEVA	Manutenzione Ordinaria	RX	Radiologia	Manutenzione Ordinaria	6	assistentatecnicahc@philips.com
15/05/2026 08:00	6990	S.O.E.M. MEDICAL	0738	LAVAPADELLE A TERMODISINFEZIONE	Manutenzione Ordinaria	3PA	Piano Terzo A	Manutenzione Ordinaria	12	info@soemmedical.it
15/05/2026 08:00	6991	S.O.E.M. MEDICAL	0739	LAVAPADELLE A TERMODISINFEZIONE	Manutenzione Ordinaria	P3B	Piano Terzo B	Manutenzione Ordinaria	12	info@soemmedical.it
15/05/2026 08:00	6992	S.O.E.M. MEDICAL	0740	LAVAPADELLE A TERMODISINFEZIONE	Manutenzione Ordinaria	2P	Piano Secondo	Manutenzione Ordinaria	12	info@soemmedical.it
15/05/2026 08:00	6993	S.O.E.M. MEDICAL	0741	LAVAPADELLE A TERMODISINFEZIONE	Manutenzione Ordinaria	1P	Piano Primo	Manutenzione Ordinaria	12	info@soemmedical.it
15/05/2026 08:00	6733	ECENTIAL ROBOTICS	0874	ARCO A C (ex 9096)	Manutenzione Ordinaria	SO_BLOCCO	Reparto Sala Operatoria Blocco	Manutenzione Ordinaria	3	service@ecential-robotics.com
15/05/2026 08:00	6956	FUJIFILM	8031	ECOGRAFO ALOKA	Manutenzione Ordinaria	AMB_12	Ambulatorio 12	Manutenzione Ordinaria	12	service_hcit@fujifilm.com
15/05/2026 08:00	7005	MEDIVAL	9300	SISTEMA DI RISCALDAMENTO FLUIDI	Manutenzione Ordinaria	SO_BLOCCO	Reparto Sala Operatoria Blocco	Manutenzione Ordinaria	12	assistentatecnica@medival.it
15/05/2026 08:00	7275	UFFICIO TECNICO	POMPE ANTINCENDIO	POMPE ANTINCENDIO	Prova Funzionale			Prova Funzionale	1	uff.tecnico@ccbra.it
15/05/2026 11:42	6775	SOCOMECC	UPS SALE OPERATORIE	GRUPPO DI CONTINUITA' SALE OPERATORIE		LT_UPS3P	Locale UPS 3° Piano			service.ups.it@socomec.com
25/05/2026 08:00	7261	UFFICIO TECNICO	GEMAP	MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI	Prova a vuoto	LT_GRELETTR	Locale Gruppo Elettrogeno Riva Tecnica	Prova a vuoto	30	uff.tecnico@ccbra.it

