



SOMMARIO

1. Scopo
2. Destinatari
3. Modalità operative
4. Valutazione e controllo

Redazione Firma  data 8/11/22	Verifica Firma  data 9/11/22	Casa di Cura Approvazione Città di Bra S.p.A. IL DIRETTORE SANITARIO Firma  data 10/11/22
---	--	--

1. SCOPO

Lo scopo della seguente istruzione è quello di permettere il corretto utilizzo dei dosimetri e di fornire le modalità di sostituzione degli stessi.

2. DESTINATARI

Infermieri ed OSS.

3. MODALITA' OPERATIVE

- a) Su ognuno dei due apparecchi radiologici è posizionato un DOSIMETRO:
 - 04 corrisponde all'apparecchio portatile;
 - 03 corrisponde all'amplificatore di brillantezza.
- b) Ciascun personale del Reparto Operatorio è dotato di un dosimetro con il proprio nome;
- c) Entrambi i dosimetri (apparecchiature e personali) vengono sostituiti ogni 3 mesi;
- d) Ogni operatore ha l'obbligo di indossare il dosimetro durante l'esecuzione di una radiografia o durante una scopia.
- e) Ogni operatore è responsabile del proprio dosimetro che deve essere sempre riposto nell'apposito contenitore sito presso l'Ufficio Caposala.

4. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell'Infermiere delegato, tramite ispezione e verifica casuale del corretto svolgimento delle modalità operative (vedere Modulo 0288).