




SOMMARIO

1. Scopo
2. Destinatari
3. Modalità operative
4. Valutazione e controllo

Casa di Cura Privata
 Città di Bra S.p.A.
 Il Direttore Sanitario
 Dott. Flavio BORASO

Redazione Firma  data 04/08/23	Verifica Firma  data 7/08/23	Approvazione Firma  data 7/08/23
--	--	--

1. SCOPO

Lo scopo della seguente istruzione è quello di consentire una corretta conservazione del materiale sterilizzato fino al momento del suo utilizzo.

2. DESTINATARI

Infermieri ed OSS.

3. MODALITA' OPERATIVE

Dopo il processo di Sterilizzazione, vedere P SO 02 Gestione processo di sterilizzazione, il materiale viene scaricato in un luogo dedicato (stoccaggio 1 , 2 e blocchino) in appositi scaffali. Questi ultimi sono muniti di ruote in maniera tale da facilitarne lo spostamento per la pulizia del locale.

Affinché la conservazione sia efficace, il locale non deve essere esposto a polvere e umidità, la confezione deve essere integra, la saldatura continua ed il pacco manipolato il meno possibile. L'operatore che manovra questo materiale deve avere mani asciutte e pulite. Se una confezione cade a terra, se viene a contatto con materiale sporco, se si bagna o si lacera, il contenuto non deve essere più considerato sterile e quindi va confezionato e riprocessato in autoclave.

La fase di conservazione di ciò che è stoccato è di breve durata poiché nella nostra divisione la maggior parte del materiale viene adoperato in giornata, tuttavia gli armadi devono essere puliti e chiusi. I pacchi sterili, sono suddivisi per specialità, sono conservati in ordine di scadenza che viene verificata ogni settimana. Il materiale in scadenza viene riconfezionato e sterilizzato.

Tabella 1. Tempi di mantenimento della sterilità

Tipo di confezionamento	Durata (in giorni)
Containers	30
Carta Medical-grade in doppio strato	30
Busta doppia	30

4. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell'Infermiere delegato, tramite ispezione e verifica casuale del corretto svolgimento delle modalità operative (vedere Modulo 0288).