




SOMMARIO

1. Scopo
2. Destinatari
3. Modalità operative
4. Valutazione e controllo

Redazione Firma  data 18/11/22		Verifica Firma  data 5/12/22		Approvazione Casa di Cura Città di Bra S.p.A. IL DIRETTORE SANITARIO Firma  data 6/12/22	
--	--	--	--	--	--

ATTENZIONE: la mancanza delle firme indica che questo documento è una stampa della versione aggiornata disponibile in rete ed utilizzabile per sola lettura.

1. SCOPO

Lo scopo della seguente istruzione è quello di consentire la corretta gestione delle apparecchiature e della relativa documentazione.

2. DESTINATARI

Infermieri.

3. MODALITA' OPERATIVE

Alla presa in carica dell'apparecchio in Sala Operatoria da parte dell'Infermiere delegato dal Coordinatore alla gestione delle apparecchiature si provvede a:

- informarsi dall'Ufficio Acquisti sulle modalità di acquisizione da parte dell'azienda del dispositivo in questione (acquisto, comodato d'uso ecc.)
- insieme all'ufficio tecnico si provvederà a controllare tutta la documentazione correlata alla macchina, ed in particolare:

- Manuale d'istruzioni in italiano
- Certificato di Conformità
- Verbale di collaudo, il quale viene eseguito alla presenza di un operatore dell'Ufficio Tecnico e dell'operatore sanitario responsabile dell'utilizzo (Anestesista, Chirurgo, Infermiere)

- informare, da un punto di vista teorico-pratico, tutto il personale che utilizzerà l'apparecchio sia per quanto riguarda l'utilizzo pratico sia per ciò che concerne la pulizia e/o disinfezione e/o sterilizzazione¹

- archiviare la documentazione² (manuale in italiano) all'interno del Blocco Operatorio³

In base alla tipologia della macchina essa verrà sottoposta a manutenzione preventiva (controllo funzionalità, dispersioni elettriche, tarature ecc.). Tali attività verranno registrate su apposito supporto informatico, inoltre la ditta manutentrice rilascerà la relativa documentazione di manutenzione.

In caso di cattivo funzionamento viene applicato l'Istruzione Operativa di Non Conformità (si veda IO so 35 / P so 01 Cattivo funzionamento di un'apparecchiatura).

Salvo controindicazioni durante la sospensione dell'attività operatoria le apparecchiature devono essere scollegate dalla rete di alimentazione elettrica o di altro genere (ad es. gas medicali).

¹ La presenza dei partecipanti alla riunione formativa va registrata sull'apposito modulo e bisogna verbalizzare i contenuti trattati.

² Il Certificato di Conformità ed il Verbale di Collaudo sono tenute presso l'ufficio Tecnico.

³ A bordo macchina viene messa una scheda che indica dove è archiviata tutta la documentazione inerente la macchina stessa, ovviamente a disposizione di tutti gli utilizzatori.

4. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell'Infermiere delegato, tramite ispezione e verifica casuale del corretto svolgimento delle modalità operative (vedere Modulo 0288).